



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**  
**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**  
**« РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР**  
**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

(ДУ "РІВНЕНСЬКИЙ ОЛЦ МОЗ УКРАЇНИ")

вул. Котляревського, 3, м. Рівне, 33028, тел./факс(0362)23-02-70, E-mail: [rivneolc@ukr.net](mailto:rivneolc@ukr.net),

Web: <http://sesrivne.gov.ua>, код ЄДРПОУ 38503358

Атестат про акредитацію № 20808 від 03.09.2019р.

## С Е Р Т И Ф І К А Т

№ 162-БЕ

від "26" лютого 2021р.

на вміст радіоактивних речовин в продукції **ТЗОВ "Свиспан Лімітед"**

Рівненська обл, м.Костопіль, вул.Степанська, 9

Виданий за результатами радіологічних випробувань продукції від "26" лютого 2021р., яка відправляється в Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Сербію, Італію, Угорщину, Чехію, Словачію, Грецію, Молдову, Білорусь, Грузію згідно контрактів: № WPT/SW-HU-01 від 28.09.2018р; № WPT/SW-SK-01 від 28.09.18 р; № WPT/SW-MD-01 від 05.08.20р; № WPT/SW-RO-01 від 28.09.18 р; № LabiMeble/SW-18 від 20.03.2018р; № Ти ТиСи/СВ-2018 від 31.01.2018р; № Аккерман/СВ-18 від 02.02.2018р; № Мобваро-М/СВ-17 від 15.12.2017р; № IURANEX /СВ-17 від 15.12.2017р; № Serpanu /СВ-17 від 15.12.2017р; № КДМ /СВ-2017 від 27.10.2017р; № БСПлит /СВ-17 від 14.12.2017р; № БРВ /СВ-01 від 10.03.2020р; № Тимберленд /СВ-17 від 14.12.2017р.; № МартиН /СВ-19 від 27.02.2019р.

Реєстр номер	Назва продукції	Партія	Виробник	Питома активність радіонуклідів (Бк/кг)			
				Цезій-137		Стронцій-90	
				Фактично	Допустимий рівень	Фактично	Допустимий рівень
297	Плита ламінована та деталі з неї	400000м <sup>3</sup>	ТЗОВ "Свиспан Лімітед"	21,3	740	-	-
298				21,4	740	-	-
299				< 20,8	740	-	-

Використані засоби вимірювань: Гамма-спектрометр СЕГ-05, калібрований 10.2020р., (похибка вимірювання +/- 25%, температура повітря в приміщенні 18<sup>0</sup> С, вологість 74%, атмосферний тиск 750 мм рт. ст.

Методика вимірювань: „Методика измерения активности гамма-излучающих радионуклидов” (МВИ 4/86).

Доставлені замовником проби відповідають вимогам ГН.6.6.1-120-2005 (“Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів Cs<sup>137</sup> та Sr<sup>90</sup> у деревині та продукції з деревини”).

Термін дії сертифікату до “26” лютого 2022р.

В.о.генерального директора

Лікар з радіаційної гігієни



Р.Сафонов

В.Кузнецов